Technical Specifications

Part No.	Volume	Increment	Test Volume	Inaccuracy (+)	Imprecision (+)
P6-0500	0.1 – 2.5µl	0.05µl	2.5µl 1.25µl 0.25µl	2.50% 3.00% 12.00%	2.00% 3.00% 6.00%
P6-0502	0.5 – 10µl	0.1µl	10µl 5µl 1µl	1.00% 1.50% 2.50%	0.80% 1.50% 1.50%
P6-0504	2 – 20µl	0.5µl	20µl 10µl 2µl	0.90% 1.20% 3.00%	0.40% 1.00% 2.00%
P6-0506	5 – 50 µl	0.5µl	50µl 25µl 5µl	0.60% 0.90% 2.00%	0.30% 0.60% 2.00%
P6-0508	10 – 100µl	1µl	100µl 50µl 10µl	0.80% 1.00% 3.00%	0.15% 0.40% 1.50%
P6-0510	20 – 200µl	1µl	200µl 100µl 20µl	0.60% 0.80% 3.00%	0.15% 0.30% 1.00%
P6-0514	100 – 1000µl	5µl	1000µl 800µl 100µl	0.60% 0.70% 2.00%	0.20% 0.25% 0.70%
P6-0516	200 – 1000µl	5µl	1000µl 500µl 200µl	0.60% 0.70% 0.90%	0.20% 0.25% 0.30%
P6-0518	1000 – 5000µl	50µl	5000µl 2500µl 1000µl	0.50% 0.60% 0.70%	0.15% 0.30% 0.30%
P6-0519	2 - 10ml		10ml 5ml 2ml	0.60% 1.20% 3.00%	0.20% 0.30% 0.60%