Technical Specifications

Part No.	Volume	Increment	Test Volume	Inaccuracy (+)	Imprecision (+)
P6-0554	0.5 – 10µl	0.1µl	10µl 5µl 1µl	1.50% 2.50% 4.00%	1.50% 2.50% 4.00%
P6-0556	5 – 50µl	0.5µl	50µl 25µl 5µl	1.00% 1.50% 3.00%	0.50% 1.00% 2.00%
P6-0558	50 – 300µl	5µl	300µl 150µl 50µl	0.70% 1.00% 1.50%	0.25% 0.50% 0.80%